



ZZP 2380-61/2019

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu

Informuję¹, że w przedmiotowym przetargu wypłynęło zapytanie do SIWZ. Zamawiający przytacza zapytanie oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 5 – część 3

Zamawiający zapisał:

„W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe”

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy w okresie gwarancyjnym **tego samego modułu lub elementu** Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu §4 ust. 5 projektu umowy dla części nr 1, 2 i 3 i nadaje mu nowe brzmienie:

„W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy w okresie gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego samego modułu lub elementu urządzenia na nowe, a w przypadku gdy mimo wymiany modułu lub elementu urządzenia – urządzenie nadal nie działała – do jego wymiany na nowe urządzenie”.

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników nie ulegają zmianom.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
insp. Roman Kuśter

Wyk. w 1 egz.

Zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Opr. Jolanta Gałka – Tejszerska.

¹ Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)